

VYSVĚTLENÍ / ZMĚNA / DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ve smyslu § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

č. 1-3

Dodávka zdravotních a rehabilitačních přístrojů

ZADAVATEL

Slatinně lázně Třeboň s.r.o.

Sídlo: Lázeňská 1001, 379 01 Třeboň
IČ: 25179896
DIČ: CZ25179896
Zastoupen: prof. JUDr. Vilémem Kahounem, Ph.D., jednatelem

DATUM

29. 8. 2023

Dotaz účastníka č. 1

V technické specifikaci u části V. - Pojízdný sprchovací zvedák se sedačkou zadavatel mimo jiné uvádí:

1) bod 2 - prac. Výška – min. 200 mm – max. 965mm

Dotaz: bude zadavatel akceptovat rozsah 475 -1175mm z důvodu možnosti využití zvedáku i pro přesun do vany? Požadovaný parametr zvyhodňuje konkrétní výrobek a tudíž i dodavatele.

Vysvětlení / změna / doplnění ZD č. 1

Zadavatel trvá na maximální hodnotě 200 mm pracovní výšky sedáku, měřeno od podlahy. Důvodem tohoto zadání je skutečnost dosažení dna vany. Pro upřesnění zadavatel uvádí, že klient při koupeli sedí na sedačce zvedáku a pokud by nebylo možné ho spustit do požadované výšky, probíhala by koupel nade dnem vany, což by z léčebného hlediska nebyla celotělová koupel.

Dotaz účastníka č. 2

V technické specifikaci u části V. - Pojízdný sprchovací zvedák se sedačkou zadavatel mimo jiné uvádí:

2) bod 6, 16, 17 - Ovládání – nohou ovládané nastavení výšky

Dotaz: bude zadavatel akceptovat ruční, duální ovládání pomocí dálkového ovladače a ovladače na sloupu zvedáku? Požadovaný parametr zvyhodňuje konkrétní výrobek a tudíž i dodavatele.

Vysvětlení / změna / doplnění ZD č. 2

Zadavatel nemůže akceptovat ruční ovládání. Během spouštění klienta do vany a vyzvedáváním z vany dochází ještě k manipulaci se zvedákem tak, aby klient byl pohodlně umístěn do vany. Nelze tedy například sjíždět zvedákem do vany a současně ovládat ruční nebo dálkové ovládání a zároveň manipulovat se zvedákem v jedné obsluhující osobě. Z toho důvodu je pro zadavatele nožní ovládání nezbytné. Pod vanou má zadavatel rozměrově limitovaný výřez a není tedy možné vzdálenost vzhledem k postavě klienta a specifikům individuálního stereotypu sezení nastavit přesně na centimetr před samotným spouštěním sedáku do vany. Právě proto dochází k drobným manipulacím během spouštění dolů a ruční ovládání by velmi zdržovalo nebo by v jedné osobě bylo téměř nemožné.

Dotaz účastníka č. 3

V technické specifikaci u části V. - Pojízdný sprchovací zvedák se sedačkou zadavatel mimo jiné uvádí:

3) bod 21 - „TR“ ochranný kryt

Dotaz: Tímto parametrem přímo specifikujete výrobek TR 9650. Bude zadavatel na tomto parametru trvat? Může uchazeč nabídnout ochranný kryt bez „TR“? Požadovaný parametr zvýhodňuje konkrétní výrobek a tudíž i dodavatele.

Vysvětlení / změna / doplnění ZD č. 3

Zadavatel uvádí, že se jedná o ochranný kryt Transportního Ramene, tedy té části, kde by se klient v případě, že by nebyla chráněna krytem, mohl dotknout posuvného mechanismu. Zadavatel proto požaduje pro splnění parametru ochranného krytu jakékoliv řešení, které zabrání zásahu klienta do posuvného mechanismu transportního ramene.

Za zadavatele:

.....
Magdaléna Bičová

JG

JAKUB GRAFNETTER
advokátní kancelář

MAGDALÉNA BIČOVÁ

administrátorka veřejných zakázek

+420 774 878 811

www.akjg.cz

magdalena.bicova@akjg.cz | vz@akjg.cz