

VYSVĚTLENÍ / ZMĚNA / DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ve smyslu § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Č. 1-2

Dodávka zdravotních a rehabilitačních přístrojů

ZADAVATEL

Slatinné lázně Třeboň s.r.o.

Sídlo: Lázeňská 1001, 379 01 Třeboň
IČ: 25179896
DIČ: CZ25179896
Zastoupen: prof. JUDr. Vilémem Kahounem, Ph.D., jednatelem

DATUM

21. 6. 2024

Dotaz účastníka č. 1

Zadavatel v příloze Technická specifikace a cenová nabídka - část I. požaduje v části Cena pozáručních oprav vad předpokládaný počet 40 hodin za 8 let pozáručního servisu za předpokladu poskytnutí záruční doby 24 měsíců.

Účastník má v úmyslu zadavateli nabídnout záruční dobu v délce 84 měsíců. Předpokládá účastník správně, že předpokládaný počet hodin pozáručního servisu by byl 15 hodin?

Pokud je předpoklad účastníka správný, prosíme zadavatele o možnost odemčení tabulky, aby mohl účastník v buňce E39 upravit počet hodin za pozáruční servis.

Zároveň by účastník změnil v buňce E38 a F38 předpokládaný počet hodin na 3 roky, nikoliv na 8 let.

Za předpokladu možnosti poskytnutí delší záruční doby by Celková hodnotící nabídková cena v Kč bez DPH byla výrazně nižší.

Vysvětlení / změna / doplnění ZD č. 1

Zadavatel upravuje zadávací podmínky pro všechny části (I. – IX.) veřejné zakázky pro uvedený případ nabídnuté prodloužené záruky.

- 1) Pro účastníky, kteří hodlají podat nabídku s 2 letou zárukou** se podmínky nijak nemění. Účastníci jsou oprávněni použít původní formuláře dokumentu Technická specifikace a cenová

nabídka, které jsou přesně 2 leté záruční lhůtě přizpůsobeny. Rovněž smlouva bude uzavřena v nezměněné podobě.

- 2) Pro účastníky, kteří hodlají podat nabídku s delší než 2 letou zárukou** zadavatel vytvořil pro každou část zakázky dokument „Technická specifikace a cenová nabídka – pro delší záruční lhůtu než 2 roky“ (viz přílohy tohoto vysvětlení / změny / doplnění zadávací dokumentace). Účastníci jsou povinni do předepsané kolonky doplnit údaj o počtu let záruční lhůty. Dokument pak automaticky dopočítává adekvátní hodnoty pro pozáruční servis a pozáruční opravu vad.

Zadavatel upozorňuje, že v dotazu účastník řeší pouze pozáruční opravu vad (tedy pol. 22. dotčené tabulky - hodinová sazba a počet předpokládaných hodin). Pokud však nabídne prodlouženou záruku, musí si být vědom, že se tato vztahuje i na servisní služby (pol. 21. dotčené tabulky). To adekvátně platí i pro ostatní části zakázky.

Zadavatel upozorňuje, že záruční lhůta musí věcně, právně i smluvně odpovídat záručním podmínkám smlouvy a nesmí být s nimi v rozporu či nesmí být učiněna s výhradou oproti závazným podmínkám smlouvy. Pokud by tak tomu bylo, nejednalo by se o platně stanovenou záruku a účastník by mohl být vyloučen ze zadávacího řízení.

Úprava smlouvy v případě prodloužení záruky:

V případě nabídky prodloužené záruky bude upravena smlouva, a to takto:

Pro část I. veřejné zakázky

Čl. IV. 2., odst. 3 smlouvy (změna zažlucena):

V ceně pozáručního servisu (vč. BTK) jsou dále zahrnuty náklady na náhradní díly - elektrody, vyměňované **po dobu od skončení záruční doby do 10 let od předání a převzetí přístrojů**, a to v souladu s pokynem výrobce a na základě příslušných právních a technických předpisů, nikoli na základě opotřebení při použití přístroje dle přílohy Technická specifikace a cenová nabídka. Cena elektrod, spotřebovaných v jiném režimu než dle předchozí věty (zejm. opotřebení v souvislosti s použitím defibrilátory) je stanovena v příloze Technická specifikace a cenová nabídka.

Pro všechny části veřejné zakázky

Čl. V. odst. 2 smlouvy (změna zažlucena)

Prodávající poskytuje na Předmět koupě záruku na dobu **(bude doplněno dle nabídky účastníka)** měsíců, která začíná běžet okamžikem splnění závazku dodání Předmětu koupě ve smyslu čl. II. odst. 18 této smlouvy. Záruční doba se automaticky prodlužuje o dobu, která uplyne mezi nahlášením a odstraněním záruční vady.

Vysvětlení / změna / doplnění ZD č. 2

Zadavatel sděluje, že v důsledku povahy úprav rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek o 3 dny.

Současně zadavatel s ohledem na opoždění uveřejnění tohoto vysvětlení / změny / doplnění o 7 dnů prodlužuje dále lhůtu pro podání nabídek o tuto dobu.

Nová lhůta pro podání nabídek: do 8. 7. 2024 do 10:00 hod.

Přílohy:

Technická specifikace a cenová nabídka – část I. - pro delší záruční lhůtu než 2 roky
Technická specifikace a cenová nabídka – část II. - pro delší záruční lhůtu než 2 roky
Technická specifikace a cenová nabídka – část III. - pro delší záruční lhůtu než 2 roky
Technická specifikace a cenová nabídka – část IV. - pro delší záruční lhůtu než 2 roky
Technická specifikace a cenová nabídka – část V. - pro delší záruční lhůtu než 2 roky
Technická specifikace a cenová nabídka – část VI. - pro delší záruční lhůtu než 2 roky
Technická specifikace a cenová nabídka – část VII. - pro delší záruční lhůtu než 2 roky
Technická specifikace a cenová nabídka – část VIII. - pro delší záruční lhůtu než 2 roky
Technická specifikace a cenová nabídka – část IX. - pro delší záruční lhůtu než 2 roky

Za zadavatele:

.....

Magdaléna Bičová

JG

JAKUB GRAFNETTER
advokátní kancelář

MAGDALÉNA BIČOVÁ

administrátorka veřejných zakázek

+420 774 878 811

www.akjg.cz

magdalena.bicova@akjg.cz | vz@akjg.cz